

**Сравнение технических характеристик рециркуляторов Тион/Дезар/Аэролайф**

	<b>Характеристика</b>	<b>Тион А100</b>	<b>Дезар-5</b>	<b>Аэролайф С-80</b>	<b>Амблайф L-10024М</b>
1.	<b>Назначение</b>	<b>Обеззараживание и фильтрация воздуха в непрерывном режиме в присутствии людей в соответствии с СанПиН 2.1.3. 2630-10, ГОСТ 52539-2006, 384-ФЗ.</b>	Предотвращение повышения микробной обсемененности по помещению	Обеззараживание воздуха в присутствии людей, очищение воздуха от летучих органических загрязнений	Обеззараживание воздуха в присутствии людей, очищение воздуха от летучих органических загрязнений
2.	<b>Производительность, м3 в час</b>	<b>150 м3/час</b>	100 м3/час	87 м3/час	100 м3/час
3.	<b>Фильтрация механических частиц и микроорганизмов с эффективностью H11 (согласно СанПиН 2.1.3.2630 - 10 пп. 6.20, 6.24)</b>	<b>Фильтрация класса H11</b>	Нет, Фильтры грубой очистки G2	Нет, Фильтрация класса F9	Нет, Фильтрация класса F5
4.	<b>Инактивация всех типов микроорганизмов, задержанных фильтрами с эффективностью не менее 99% (согласно СанПиН 2.1.3.2630 - 10 пп. 6.20, 6.24)</b>	<b>Да 99,95%</b>	Заявлена эффективность только по золотистому стафилококку	Инактивация микроорганизмов, задержанных пылевым фильтром, отсутствует	Инактивация микроорганизмов, задержанных пылевым фильтром, отсутствует
5.	<b>Очистка воздуха от основных вредных веществ (по формальдегиду, озону, фенолу) при концентрациях на входе до 5ПДКСС</b>	<b>Да</b>	Нет	Да	Да
6.	<b>Безопасная эксплуатация прибора в непрерывном режиме в присутствии людей</b>	<b>Да</b>	Не более 8 часов в день, для предотвращения перегрева ламп	Да	Да
7.	<b>Сервисное обслуживание</b>	<b>Замена комплекта фильтров 1 раз в год</b>	Протирка ламп каждые две недели+ замена воздушно +угольных фильтров 1 раз в месяц+замена ламп 1 раз в год	Замена пылевого фильтра 4 раза в год, замена блока фотокатализа	Замена пылевого фильтра по мере загрязнения +замена фотокаталитического блока раз в 2 года
8.	<b>Специальная утилизация сменных элементов</b>	<b>Не требуется</b>	Требуется	Требуется	Требуется
9.	<b>Ведение журналов учета рабочего времени</b>	<b>Не требуется</b>	Требуется	Не требуется	Не требуется
10.	<b>Индикация неисправности</b>	<b>Да</b>	Да	Да	Да
11.	<b>Корпус, устойчивый к дезобработке</b>	<b>Да</b>	Да	Да	Да
12.	<b>Отсутствие источника ультрафиолетового излучения и газоразрядных ламп</b>	<b>Да</b>	Нет, присутствуют УФ лампы, содержащие ртуть	Нет, присутствуют УФ лампы, содержащие ртуть	Нет, присутствуют УФ лампы, содержащие ртуть
13.	<b>Энергопотребление</b>	<b>35Вт</b>	100 Вт	43 Вт	32 Вт
14.	<b>Срок службы</b>	<b>5 лет</b>	5 лет	5 лет	5 лет